

# 北京金迪水务有限公司

## 关于出水氨氮仪表故障手工监测数据表

4.21 至 5.19

时间 日期	0:00	4:00	8:00	12:00	16:00	20:00
4月21日					7.12	6.33
4月22日	6.73	6.52	7.82	7.31	5.96	6.38
4月23日	5.41	6.13	7.86	5.96	6.37	6.21
4月24日	6.97	6.33	7.22	6.41	5.87	6.14
4月25日	7.26	7.31	6.89	6.92	6.77	6.59
4月26日	6.41	5.92	7.31	6.39	6.18	5.77
4月27日	5.63	5.41	3.72	5.82	5.99	6.21
4月28日	6.33	6.71	4.28	6.66	6.93	6.54
4月29日	6.27	6.41	5.31	6.47	7.01	6.47
4月30日	6.39	7.12	6.72	6.49	7.10	6.84
5月1日	6.97	7.13	7.05	6.58	7.24	6.39
5月2日	6.37	6.40	6.42	6.57	6.13	7.24
5月3日	6.72	6.51	6.11	6.37	7.15	7.47
5月4日	6.14	6.89	5.91	5.32	4.71	4.69

化验员: 冯瑞芳

北京金迪水务有限公司

2015年4月21日

# 北京金迪水务有限公司

## 关于出水氨氮仪表故障手工监测数据表

日期 \ 时间	0:00	4:00	8:00	12:00	16:00	20:00
5月5日	4.43	4.57	4.60	4.89	5.14	5.32
5月6日	6.08	5.17	5.40	5.89	5.72	6.14
5月7日	6.35	6.83	6.75	6.60	7.01	7.32
5月8日	7.45	6.98	7.18	7.32	7.47	6.72
5月9日	6.85	7.01	7.14	7.22	7.37	7.05
5月10日	6.98	6.73	6.89	6.22	6.74	6.57
5月11日	5.49	5.83	5.12	5.74	6.18	6.47
5月12日	7.32	7.59	7.84	7.77	7.65	7.28
5月13日	7.36	7.51	7.56	6.83	6.29	5.74
5月14日	5.89	4.95	3.72	4.72	4.89	5.73
5月15日	5.28	6.04	6.12	6.33	5.72	5.17
5月16日	6.04	5.01	4.17	4.83	4.72	5.73
5月17日	5.69	6.72	6.89	5.73	4.84	5.11
5月18日	4.98	4.71	4.82	4.89	5.11	5.28
5月19日	5.73	5.20	4.95	5.07		

化验员: 冯瑞芳